

## ANEXO I-1

DIVISION TURBOS S.R.L. – Laboratorio N° 40

### SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA DIMENSIONAL			
SERVICIOS Calibración de:	Campos de medida	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Calibres Pie a Coliza	310 mm	0,016 mm	PE 02
	310 a 610 mm	0,020 mm	
Micrómetros de exteriores	310 mm	0,0012 mm	PE 03
	310 a 460 mm	0,0020 mm	
	460 a 610 mm	0,0030 mm	

(x): La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %

## ANEXO I-2

DIVISION TURBOS S.R.L. – Laboratorio N° 40

### SERVICIOS, CAMPO DE MEDIDA E INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

AREA PRESION				
SERVICIOS Calibración de:	Campos de medida	Medio de Transferencia	Mínima Incertidumbre de Medición (x)	Procedimientos
Manómetros (Presión Positiva)	0 a 14 bar	Nitrógeno o Aceite	0,0035 bar	PE 01
	14 a 69 bar		0,018 bar	
	14 a 690 bar	Aceite	0,1 % de la presión de lectura	

(x): La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %